AR2100view

Hauptmenü:
Person Betriebsmod
EKG Archiv
Einstellungen
Geräte

Person Betriebsmod:
Papier sparen
PC EKG
HRV Analyse
EKG Autotimer

EKG Archiv:
Siehe
PC archivieren
Liste drucken
entleeren

EKG Archiv:
.....

Einstellungen:
Nutzerprofile
Allgemein
Password

Nutzerprofile:
Profil auswählen
Profil einstellen

Profil Auswählen:
DEFAULT
.....

Profil einstellen:
DEFAULT
.....

Allgemein:
Datum Uhrzeit
Masseinheit
Seitenformat
Netzfilter
Display
Aufnahme-Id.

Datum Uhrzeit:
tt:mm:jjjj
ss:mm

Masseinheit:
▫ Cm, Kg
▫ Inch, Pound

Seitenformat:
▫ A4
▫ Letter

Netzfilter:
▫ 50 Hz
▫ 60 Hz

Display:
Helligkeit
Kontrast

Aufnahme-Id.:
Aufnahme-Id.

Geräte:
Info
Druckeinstellungen
Voreinstellung
Autotest

Info:
Artikelnummer:
Seriennummer:
Firmware code:
Booten:
Anwendung:
Sprache:

Voreinstellung: OK

Autotest:
Anwender
Dienst

Anwender:
Display
Tastatur
Drucker
Speicher
Info

Dienst:
Code eingeben:

Profil einstellen:
Anwenderdaten
Verwalt. Pat.-Dat.
Editor
Druckbericht FP
Ableitungssequenz
Konfig. Analyse
Konf. Kopie
Archivverwaltung
HRV Analyse
Autotimer

Anwenderdaten:
Name des Profils: ....
Anwendername: ....
Ableitung: ....
Befundender Arzt: …

Verwalt. Pat.-Dat.:
Ja
nein

Editor:
Ja
nein

Druckbericht FP:
Auto FP
Rhythmusabl. Fp

Auto FP:
▫ Simultan
▫ Sequenziell

Rhythmusabl. FP:
Kanal 1: 1, 2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, 3, aVR, aVL, aVF, -aVR
Kanal 2: 1, 2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, 3, aVR, aVL, aVF, -aVR
Kanal 3: 1, 2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, 3, aVR, aVL, aVF, -aVR

Ableitungssequenz:
Standard
Cabrera
Individuell

Individuell:
Kanal 1 … Kanal 12:
1, 2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, 3, aVR, aVL, aVF, -aVR

Konfig. Analyse:
EKG Parameter
EKG Interpret.
Keine

EKG Parameter:
▫ Zusammenfassung
▫ ST Werte
▫ Repräsent. Zyklen

EKG Interpret.:
▫ Zusammenfassung
▫ Rhytmus
▫ Interpretation
▫ Parameter
▫ Repräsent. Zyklen

Konf. Kopie:
Komplett
Nur EKG
Nur Analyse

Archivverwaltung:
Speicherung
Löschen

Speicherung:
▫ Automatisch
▫ Anfordern
▫ Keine

Loschen:
▫ Manuell
▫ Automatisch

HRV Analyse:
Dauer: 1, 2, 3, 4, 5.
HRV Ableitung: 1, 2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, 3, aVR, aVL, aVF, -aVR.

Autotimer:
Anz. Intervalle: ....
Dauer Int.: ....
Druckformat: 3, 6, Auto

Kalibr. Mark.
Kal. Geschw.
M papier gedruckt
FW up-date
Print screen

Schwarze Markierung entfernt von Sensor!

Kal. 25 mm/s (Auto/Manuell)
Kal. 50 mm/s (Auto/Manuell)

Länge des Ausdrucks: …. m

FW-update (Loader)

CARDIOLINE®